



## GUANTE EXÁMEN DE LÁTEX ESTÉRIL PAR



### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

<b>Tipo</b>	Guante Examen de Látex Estéril Par
<b>Marca</b>	Health Touch <sup>®</sup>
<b>Fabricante</b>	Madegom
<b>Procedencia</b>	Chile
<b>Presentación</b>	En cajas dispensadoras de 50 pares
<b>Tipo de Guante</b>	Ambidiestros
<b>Recomendación de Uso</b>	Procedimiento, Maternidad, Urología, Neonatología, Laboratorio, Dental, Alimentos, Industria, entre otros. En todo procedimiento con riesgo de contacto con agentes contaminantes, sangre y/o fluidos corporales, para prevenir y proteger a los pacientes, personal y público.

### CARACTERÍSTICAS

	HEALTH TOUCH	LIMITES Bajo Norma NCh 2181
Proteína ( $\mu\text{g}/\text{dm}^2$ )	< 200	No especificado (1)
Polvo ( $\text{mg}/\text{dm}^2$ )	10 max	No especificado (1)
Largo (mm)	230 mínimo	230 mínimo
Tamaños	Small – Medium - Large	Small - Medium - Large
Vida útil	5 años	No especificado
Método de Esterilización	Óxido de Etileno	No especificado

(1) Para los límites de los parámetros de Contenido de Proteína y Contenido de Polvo, este guante cumple con la Norma ASTM D 3578-05 Para Guante Examen, la cual especifica lo siguiente:

- Contenido de Proteínas < 200  $\mu\text{g}/\text{dm}^2$ . Realización del método bajo Norma ASTM D 5712-05 Análisis de Proteínas.
- Contenido de Polvo < 10  $\text{mg}/\text{dm}^2$ . Realización del método bajo Norma ASTM D 6124-06 Polvo Residual en Guantes Médicos.

### IDENTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (2)

<b>N° de Resolución Exenta</b>	005947
<b>N° de Inscripción</b>	DM/10GE/0006/05
<b>Organismo Fiscalizador</b>	Instituto de Salud Pública (ISP)
<b>Organismo realizador de Ensayos de Tipo</b>	Cesmec

(2) A partir de Junio de 2005 la legislación chilena, con el objetivo de controlar la calidad de los dispositivos médicos, obliga a realizar ensayos de tipo a guantes de examen y quirúrgicos de látex.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

<b>Sello de Producto</b>	Control basado en Modelo ISO CASCO 5, con auditorías en fábrica y ensayos de muestras del comercio y de la fábrica; corresponden a sistemas de calidad eficientes, confiables y estables en el tiempo
<b>Organismo certificador ISO CASCO 5</b>	Cesmec
<b>Sistema de Gestión de la Empresa</b>	ISO 9001

**IMPORTANTE:** Esta no es una ficha técnica, si desea obtener la Ficha Técnica original debe ponerse en contacto con un ejecutivo de negocios de Madegom.