



GUANTE QUIRÚRGICO DE LÁTEX NO ESTÉRIL



PRESENTACIÓN 1

PRESENTACIÓN 2



IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Tipo	Guante Quirúrgico de Látex No Estéril
Marca	HEALTH PAK®
Fabricante	MADEGOM
Procedencia	Chile
Presentación	Bolsa con 12 pares y Caja master con 40 docenas (Presentación 1) Bolsa con 1 par y Caja dispensadora con 60 pares (Presentación 2)
Material	Látex
Color	Blanco
Tipo de Guante	Anatómico
Recomendación de Uso	Procedimiento, Laboratorio, Dental, Alimentos, Industria. En todo procedimiento con riesgo de contacto con agentes contaminantes, sangre y/o fluidos corporales, para prevenir y proteger a los pacientes, personal y público.

CARACTERÍSTICAS

	HEALTH PAK	LIMITES Bajo Norma NCh 2173
Proteína (µg/ dm²)	< 200	No especificado (1)
Polvo (mg/dm²)	15 max	No especificado (1)
Largo (mm)	265 mínimo	265 mínimo
Tamaños	6 - 6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 - 8 ½	6 - 6 ½ - 7 - 7 ½ - 8 - 8 ½
Vida útil	5 años	No especificado

(1) Para los límites de los parámetros de Contenido de Proteína y Contenido de Polvo, este guante cumple con la Norma ASTM D 3577-06 Para Guante Quirúrgico, la cual especifica lo siguiente:

- > Contenido de Proteínas < 200 ug/dm². Realización del método bajo Norma ASTM D 5712-05 Análisis de Proteínas.
- > Contenido de Polvo < 15 mg/dm². Realización del método bajo Norma ASTM D 6124-06 Polvo Residual en Guantes Médicos.

IDENTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO REGLAMENTO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (2)

N° de Resolución Exenta	005946
N° de Inscripción	DM/10GQ/0010/05
Organismo Fiscalizador	Instituto de Salud Pública (ISP)
Organismo realizador de Ensayos de Tipo	Cesmec

(2) A partir de Junio del 2005, la legislación chilena, con el objetivo de controlar la calidad de los dispositivos médicos, obliga a realizar ensayos de tipo a guantes de examinación y quirúrgicos de látex.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Sello de Producto	Control basado en Modelo ISO CASCO 5, con auditorías en fabrica y ensayos de muestras del comercio y de la fábrica; corresponden a sistemas de calidad eficientes, confiables y estables en el tiempo.
Organismo certificador ISO CASCO 5	Cesmec
Sistema de Gestión de la Empresa	ISO 9001

IMPORTANTE: Esta no es una ficha técnica, si desea obtener la Ficha Técnica original debe ponerse en contacto con un ejecutivo de negocios de Madegom.

